

# 中南大学

## 医学检验系“医学检验形态学实验室建设”项目招标文件

招标编号： ZNDXZC-2018-035

### 招标公告

中南大学资产与实验室管理处，就学校医学检验系“医学检验形态学实验室建设”项目进行国内公开招标，现邀请合格的投标人参加投标。

1. **项目名称：**医学检验系“医学检验形态学实验室建设”
2. **招标编号：**ZNDXZC-2018-035
3. **执行组织：**中南大学资产与实验室管理处
4. **预算金额：**30万人民币
5. **投标人资格要求：**
  - 5.1 营业执照、税务登记证及组织机构代码证（复印件，加盖单位公章）；
  - 5.2 委托代理人需持法人授权委托书及本人身份证，法人须持本人身份证原件。
  - 5.3 其他特殊要求：
6. **招标文件的申领和释疑**
  - 6.1 投标人即日起至2018年5月11日16点前的工作日中，到中南大学资产与实验室管理处（校本部三办公楼516）报名并查阅或领取招标文件（注：非本地经销商，可以在规定时间内将上述(5.)的材料及**委托代理人姓名、电话**发至 [lisanhua@csu.edu.cn](mailto:lisanhua@csu.edu.cn) 报名），过期不再办理。
  - 6.2 投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前提出。
7. **投标截止（开标）时间和投标文件递交（开标）地点：**
  - 7.1 投标截止（开标）时间：2018年5月21日15时30分(北京时间，下同)。超过截止时间的投标将被拒绝。
  - 7.2 投标文件递交（开标）地点：中南大学校本部三办公楼资产与实验室管理处509
  - 7.3 各投标人的投标文件不予退还。
8. **招标联系人(联系电话)：**黎老师：0731-88836126  
项目联系人（联系电话）：唐老师：13974871371

# 第一章 投标人须知

## 1. 投标文件要求

1.1 投标文件由以下内容组成，但不限于以下内容。

- (1) 投标声明
- (2) 开标一览表
- (3) 投标优惠声明
- (4) 投标设备报价详细说明表
- (5) 投标人资格证明文件
  - ① 关于资格的声明函
  - ②★营业执照、税务登记证及组织机构代码证（复印件，加盖单位公章）
  - ③★投标人资格要求中需提供的其他证件（复印件，加盖单位公章）
  - ④★法人授权委托书（法人直接投标不需要）
  - ⑤ 投标人的资格声明
  - ⑥ 所投产品的主要用户和业绩
- (6) 制造商授权书（如有）
- (7) 设备简要说明一览表
- (8) 技术参数偏离表
- (9) 商务偏离表
- (10) 投标人具有竞争性的其他补充资料

1.2 投标技术响应文件：包括对主要设备、材料技术性能的描述、技术偏离表、技术服务内容与措施及样本资料。

1.3 投标人培训计划、售后服务承诺书。

## 2. 投标报价

2.1 投标人应按招标文件的要求以招标内容为基础提出一套完整的报价。对直接通过外贸进口的进口设备以人民币报免税价（CIP 或 CIF 长沙）并含外贸代理费及技术服务费。其他报人民币含税价。代理费收费标准：

外贸合同货款 金额	最低 代理费 (元)	5 万美 元以下	5-10(含) 万美元	10-20(含) 万美元	20-40(含) 万美元	40-70(含) 万美元
进口代理服务 费收取比例	500	1.1%	0.95 %	0.7%	0.6%	0.5%

2.2 投标报价应是为完成本招标文件所确定的招标范围并满足本招标文件各项要求的全部内容所需的生产设备、劳务、管理、材料、检测、包装、装卸、运

输、利润、配合费、税金及政策性文件规定的各项应有全部费用。

- 2.3 投标人对每一种设备只允许有一种报价，招标人不接受有选择的报价。
- 2.4 投标价格表填写时应注意下列要求：
  - (1) 技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。
  - (2) 技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用。
- 2.5 投标人按上述 2.3 款要求填写报价供招标人评标方便，但不限制买方以其它方式签订合同的权力。
- 2.6 本项目采用包干总价方式报价，投标人应充分考虑项目实施期间市场风险和政策性调整，确定风险系数计入报价，今后不作调整。

### 3. 投标文件的签署及递交

- 3.1 投标文件一份正本和二份副本, 在每一份投标文件要明确注明“正本”和“副本”的字样，若正本和副本有差异，以正本为准。
- 3.2 投标文件正本须打印并由按招标文件要求经正式授权的投标人代表签字，副本可以是正本的复印件。
- 3.3 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂沫或改写，若有修改须由签署投标文件的人进行签字或盖章。
- 3.4 投标人应将投标文件正本和副本分别密封，并在密封袋上标明投标人名称、联系电话、招标编号、投标项目名称及“正本”或“副本”、“于 年 月 日时之前不得启封”的字样（时间系指投标邀请书中规定的开标时间）。并在封口处加盖投标人公章。
- 3.5 投标人应将一份开标一览表（原件）单独封装在一个小信封内，并将此信封与正本投标文件一同密封在同一标注有“正本”字样的密封袋中。
- 3.6 投标人须按规定的投标文件递交地点、在截止时间之前将投标文件递交给招标人。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回其投标文件。

### 4. 开标和评标

- 4.1 开标：业主在招标公告或投标邀请书规定的时间和地点公开开标。
  - (1) 开标时邀请所有投标人代表自愿参加，投标人法定代表人或其代理人均未参加开标会议的将视为自动弃权。
  - (2) 法定代表人参加会议时，需出示法定代表人证书或其身份证；投标代理人须出示授权委托书，同时出示本人身份证。
- 4.2 评标及中标人的确定：
  - (1) 招标方负责组织评标小组，评标小组由招标方代表、监察、审计、财务、学科用户、校内外专家等方面人员组成，分组负责标书审查评定工作；
  - (2) 根据投标方案的报价、技术指标、售后服务、业绩实例、资信情况等，以符合招标文件要求，评标审查小组将按综合评价方法排序（不保证以报价最低的中标），确定中标人；如中标人不能按业主要求签订合同的，将自动被第二名取代，依次类推；
  - (3) 未签定正式合同前，招标方不对招标文件承担法律责任。

(4) 定标由评标委员会提出书面评标报告，并推荐中标候选人，由招标人择优确定中标人。招标人不对未中标原因作任何解释。

## **5. 中标通知**

招标结束后，招标人将向中标人发出中标通知，中标人领取中标通知书后，应按中标通知书的要求与用户签订合同，不按要求签订合同的，取消中标资格。

## 第二章 招标项目技术规格要求

### 一、检验系学生用显微镜参数

用途：可用于观察普通染色的切片或不染色切片。

工作条件：

1. 适于在气温为摄氏-40℃~+50℃的环境条件下运输和贮存，在电源 220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃~40℃和相对湿度 85%的环境条件下运行。
2. 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

生物显微镜主要技术指标：

1. 光学系统：无限远光学矫正系统，能够更好的消除色差、球差。目镜、物镜互换性好，可使观察效果达到最佳，具有防霉装置。
2. 载物台：高硬度金属陶瓷面载物台
3. 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。
4. 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，带有蓝色滤色片
5. 照明系统：LED 照明
6. 双目观察筒：瞳距调整范围 48-75mm，倾斜角度 30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，视场数≥22
7. 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20
8. 物镜转盘：四孔物镜转换器
9. 物镜：平场消色差物镜 4x； 10x； 40x； 100x；  
4X (N.A. 0.1, W.D. 18.5)  
10X (N.A. 0.25, W.D. 10.6)  
40X (N.A. 0.65, W.D. 0.6 spring)  
100X (N.A. 1.25, W.D. 0.15spring oil)

所有物镜必须可以取下来，方便清理和保养。

10. 配置指针
11. 防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理
12. 所采用光学元件均为环保无铅玻璃

服务要求：

1. 原装进口，签订合同后 60 天内供货到位，仪器到达用户使用现场后，由仪器供应商派出工程师与用户

共同开箱清点验收后，免费安装、调试；

2. 在仪器安装完成后，由仪器供应商派专业工程师对使用人员免费进行技术培训。包括仪器基本原理和结构介绍、仪器操作方法、仪器基本保养维护程序等内容。根据用户实际需求，双方协商时间，可进行多次预约培训，参加培训的人员数量由用户自行确定；

3. 仪器验收合格后，提供主机 5 年免费质保，终身免费清洗、免费培训，响应时间为接到报修后 24 小时以内，并在 48 小时内到设备使用现场进行维修工作，特殊情况 8 小时响应。

## 二、检验系老师用互动显微镜参数

**用途：**可用于观察普通染色的切片或不染色切片。

**工作条件：**

1. 适于在气温为摄氏-40℃~+50℃的环境条件下运输和贮存，在电源 220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃~40℃和相对湿度 85%的环境条件下运行。
2. 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

**生物显微镜主要技术指标：**

1. 光学系统：无限远光学矫正系统，能够更好的消除色差、球差。目镜、物镜互换性好，可使观察效果达到最佳，具有防霉装置。
2. 载物台：高硬度金属陶瓷面载物台
3. 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。
4. 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，带有蓝色滤色片
5. 照明系统：LED 照明
6. 双目观察筒：瞳距调整范围 48-75mm，倾斜角度 30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，视场数≥20
7. 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20
8. 物镜转盘：四孔物镜转换器
9. 物镜：高度平场消色差物镜 4x；10x；40x；100x；  
4X (N.A. 0.1, W.D. 18.5)  
10X (N.A. 0.25, W.D. 10.6)  
40X (N.A. 0.65, W.D. 0.6 spring)  
100X (N.A. 1.25, W.D. 0.15spring oil)

所有物镜必须可以取下来，方便清理和保养。

10. 配置指针

11. 防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理

12. 所采用光学元件均为环保无铅玻璃

13. 一体化照相系统；与显微镜同一品牌；一体化无线网络及显示屏，摄像头内置，与镜下焦距完全同步，角度，亮度，颜色等一致，易于维护，不易落灰； $\geq 500$ 万像素；

摄像头能够兼容目前市面上各大品牌显微镜，可以内置到各大品牌正置显微镜上，实现镜下与摄像头完全同步观察。可插 SD 卡用于储存及图像传导。配有 HDMI 及 USB2.0 接口各一个。可直接连接投影设备或连接路由器，通过 WIFI 连接 ipad 等移动设备。

**服务要求：**

1. 原装进口，签订合同后 60 天内供货到位，仪器到达用户使用现场后，由仪器供应商派出工程师与用户共同开箱清点验收后，免费安装、调试；
2. 在仪器安装完成后，由仪器供应商派专业工程师对使用人员免费进行技术培训。包括仪器基本原理和结构介绍、仪器操作方法、仪器基本保养维护程序等内容。根据用户实际需求，双方协商时间，可进行多次预约培训，参加培训的人员数量由用户自行确定；
3. 仪器验收合格后，提供主机 5 年免费质保，终身免费清洗、免费培训，响应时间为接到报修后 24 小时以内，并在 48 小时内到设备使用现场进行维修工作，特殊情况 8 小时响应。