

高能超声仪 RPR-4000-0.25-5-8KW

单一来源采购征求意见公示

机电工程学院“高能超声仪 RPR-4000-0.25-5-8KW”项目采用单一来源方式采购，该项目拟从湖南瑞泰克检测科技有限公司购买。现将有关情况向潜在供应商征求意见。征求意见期限从 2017 年 3 月 17 日起至 2017 年 3 月 24 日止。

潜在供应商对公示内容有异议的，请于公示期满后两个工作日内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式将意见反馈至中南大学资产与实验室管理处（联系电话：88836825 联系人：肖老师）。附：专家论证意见及专家姓名、工作单位、职称。

申请单位理由：

机电工程学院与中国第一重型机械股份公司合作，研发船用大型曲轴锻件制造缺陷检测技术及其装备，用于锻造过程中金属材料内部缺陷的无损检测。

根据项目要求，对所采购的高能超声仪提出了特殊的技术指标（1、非失真大功率（5Kw）脉冲信号，2、高功率频段 0.25MHz-5MHz，3、20 dB-100 dB 低噪音可调增益接收）。经过充分市场调查和同行专家论证，除了美国 Retic 公司这唯一一家生产供应商外，尚无第二家可以生产满足要求的设备，并且通过谈判可以获得更加优惠的采购价格，只能向湖南瑞泰克检测科技有限公司购买，故申请非公开招标。

2017 年 3 月 17 日

高能超声仪 RPR-4000-0.25-5-8KW 采购专家论证意见汇总表

时间：2017 年 3 月 17 日

使 用 单 位	机电工程学院			
项目（设备）名称	高能超声仪 RPR-4000-0.25-5-8KW			
项 目 金 额	25.07 万元			
专家论证意见 1	机电工程学院与中国第一重型机械股份公司合作，研发船用大型曲轴锻件制造缺陷检测技术及其装备，用于锻造过程中金属材料内部缺陷的无损检测。根据项目的需要，需要采购高能超声仪 RPR-4000-0.25-5-8KW，申购单位对该仪器的关键参数提出了特殊指标，只能从单一来源公司湖南瑞泰克检测科技有限公司购买，故同意非公开招标。			
	专家姓名	邓 华	职 称	教授

	工作单位	机电工程学院		
专家论证意见 2	根据合作研制项目的需要，需要采购高能超声仪，用于搭建热态检测仪，进行高温金属材料内部缺陷的无损检测，申购单位对该仪器的关键参数提出了特殊指标，只能从单一来源公司湖南瑞泰克检测科技有限公司购买，并且通过谈判可以获得更加优惠的采购价格，故同意非公开招标。			
	专家姓名	夏金兰	职 称	教授
	工作单位	资源加工与生物工程学院		
专家论证意见 3	项目要求实现对高温金属材料内部缺陷的无损检测，需要采购高能超声仪，并且对该仪器的关键参数作出了特殊要求，而且，满足此类参数要求的生产家只有一家，只能从单一来源公司湖南瑞泰克检测科技有限公司购买，故同意非公开招标。			
	专家姓名	邓运来	职 称	教授
	工作单位	材料科学与工程学院		